

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**  
**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36  
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36  
тел.: (8412) 54-81-34; факс: (8412) 54-81-34; e-mail: ilc@cg58.ru  
Реквизиты: ОКПО 74729797 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583701001  
УФК по Пензенской области л/сч 20556U42490 к/сч 03214643000000015500  
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза Банка БИК ТОФК 015655003

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  
№ ФС-58-01-000667 от 19 сентября 2019

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
по лабораторному обеспечению, метрологии,  
стандартизации и аккредитации,  
руководитель ИЛЦ

Ю.В. Корочкина

31.03.2021 г.

М.П.



**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 1.4614 -1 от 31 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие Бессоновского сельсовета "Исток" (ИНН 5809000187 ОГРН 1055800905643)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, ул. Компрессорная, д.101

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: Разводящая сеть с. Бессоновки, Пензенская область, Бессоновский район, с.Ухтинка, с. Бессоновка, ул. 2я Лесная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.03.2021 08:30

Ф.И.О., должность: Барышев А.В., гл. инженер МУП Бессоновского сельсовета "Исток"

Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2021 13:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 119 от 20.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1/2.1/3.1/5.21.4614 -1 2

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 18309-2014 "Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ." (метод В)

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                                   | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"          | 0801115         | №32672-06          | Т-19-705732 от 28.05.2019                          | 27.05.2021    |
| 2     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3                    | 9206020         | 11598-02           | Т-20-757476 от 26.03.2020                          | 25.03.2022    |
| 3     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 | 8707694         | № 2578-92          | Т-19 687587 от 24.01.2019                          | 23.01.2020    |

| № п/п | Наименование, тип         | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 4     | Спектрофотометр ПЭ-5400УФ | 54УФ897         | №44866-10          | Т-20-763515 от 13.05.2020                          | 12.05.2021    |

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36

### 13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

| №№ п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 18.03.2021 13:30<br>Регистрационный номер пробы в журнале 4614<br>испытания проведены по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36<br>дата начала испытаний 18.03.2021 13:30 дата выдачи результата 26.03.2021 15:38 |                         |                   |                      |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Полифосфаты.            | мг/л              | 0,16±0,05            | не более 3,5                | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| Испытания проводил(и): Перепёлкина О. В., фельдшер-лаборант                                                                                                                                                                                                                             |                         |                   |                      |                             |                           |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сергеева Е. А., биолог

Заведующая(ие) отделами (отделениями):

И. о. заведующей отделом санитарно-гигиенических исследований

 Н. Р. Березина